

Warszawa dnia 29.06.2023

Doradztwo i Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej A.K. Sp. z o.o.
Ul. Kamińskiego 2/43
01-130 Warszawa

Dotyczy: Zakup dwóch mammografów cyfrowych wraz z dostawą, zainstalowaniem i szkoleniem personelu
Znak sprawy: 1/2023

Odpowiedzi

Dotyczy Zaproszenia do składania ofert:

- **Rozdział 4 – termin realizacji zamówienia**

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w ciągu 8 tygodni od podpisania umowy. Obecnie z uwagi na zwiększoną ilość zamówień urzędzeń medycznych, w tym urzędzeń do diagnostyki obrazowej, terminy ich produkcji są wydłużone. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni od podpisania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Przedmiotu Zamówienia.

- **Rozdział 5, 1.b**

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie dokumentacji postępowania. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- **Rozdział 8, 1.1.4**

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej przy użyciu bezpiecznych podpisów elektronicznych, przesłanej na adres email wskazany w dokumentacji postępowania, tj. zapytaniaofertowe@cm-saska-kepa.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- **Rozdział 12**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania załączników do dokumentacji w wersji edytowalnej, co umożliwi ich wypełnienie i złożenie wraz z ofertą. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż opublikowany załącznik nr 3, tj. opis przedmiotu zamówienia jest niekompletny i zawiera niepełne opisy wymaganych parametrów. Prosimy o doprecyzowanie jego treści.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni pliki w wersji edytowalnej.

Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz cenowy

- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający NIE WYMAGA wskazania nazwy handlowej, producenta oraz numeru katalogowego w pozycji nr 3, tj: „dostawa, instalacja, serwisowanie, szkolenie personelu oraz wyposażenie dodatkowe”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dotyczy Załącznika nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Techniki ekspozycji**

Ze względu na fakt, że opis wymogu dotyczącego technik ekspozycji jest częściowo nieczytelny prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści do postępowania aparat bez techniki 1 punktowej? Nowoczesne mammografy dobierają parametry ekspozycji za pomocą zaawansowanych systemów AEC. Oferowany przez nas mammograf posiada tryb manualny oraz nowoczesny system AEC, który dobiera parametry ekspozycji na podstawie gęstości radiologicznej piersi, a nie jej grubości. Takie podejście zapewnia personalizację dawki do pacjentki, jak również pozwala na uniknięcie zależności wielkości dawki od grubości piersi, która zależy od technika i odporności na ból pacjentki.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Synchroniczna prędkość wirowania anody lampy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego w lampę RTG, której prędkość wirowania anody wynosi 3000 obr./min. ? Prędkość ta jest dopasowana do zastosowanego generatora oraz do innowacyjnego systemu AEC, który zapewnia obrazowanie z niskim poziomem dawki.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Filtr srebrowy, Automatyka zmiany filtracji (zmiana filtra bez ingerencji operatora)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego w jeden filtr Rh, który spełnia wszystkie wytyczne dotyczące cyfrowej mammografii obowiązujące w Polsce. Dobór stosowanych filtrów/ filtra – zawsze zależy od zastosowanych wyborów technologicznych producenta dotyczących lampy RTG oraz cyfrowego detektora.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Motorowe przesłony automatycznej kolimacji wiązki rtg do zadanego formatu obrazu, Automatyczna, motorowa kolimacja wiązki rtg do powiększeń**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym dopasowywanie kolimacji do wielkości zainstalowanej płytki dociskowej odbywa się ręcznie, również dla zdjęć powiększonych? Oferowane przez nas rozwiązanie nie będzie powodowało ograniczeń podczas pracy klinicznej, jest niezawodne i bardzo tanie w eksploatacji i ewentualnych naprawach serwisowych.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Inteligentny system AEC eliminujący pomiar z detektorów pomiarowych jeśli są one naświetlane bezpośrednim promieniowaniem rtg lub nie dociera do nich żadne promieniowanie rtg**

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie tego wymagania w całości ponieważ jest ono charakterystyczne dla starszej generacji aparatów analogowych lub ucyfrowionych – najnowsze rozwiązania bazują na analizie całej powierzchni detektora, nie zaś kilku detektorów pomiarowych.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Wstępny dobór kV ekspozycji rtg na podstawie siły i grubości uciśniętej piersi**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu wykonującego wstępny dobór kV ekspozycji rtg na podstawie grubości uciśniętej piersi. Jednocześnie aparat wymaga minimalnej wartości ucisku 3 daN w celu poprawnego działania systemu AEC. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Izocentryczny obrót ramienia „C”**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu bez izocentrycznego gantry? Oferowany przez nas mammograf posiada konstrukcję, która zapewnia jednoczesne automatyczne dopasowanie kąta oraz wysokości detektora do kolejnej projekcji – co zapewnia jeszcze większą ergonomię pracy.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Zakres elektrycznej regulacji wysokości detektora od podłogi**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym zakres ruchu górnej powierzchni stolika liczony od podłogi (lampa u góry) wynosi 68,4 cm do 133,4 cm? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie powodował ograniczeń podczas pracy klinicznej.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Zestaw do zdjęć powiększonych o krotności powiększenia $\geq 1,5$**

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż możliwość uzyskiwania różnych stopni powiększenia geometrycznego ma istotne znaczenie podczas wykonywania zdjęć celowanych. Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia zestawu do powiększeniem o współczynniku 1.5x?

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż obecnym standardem są powiększenia 1.5 i 1.8 – dzięki zastosowaniu dwóch współczynników możliwe jest dobranie odpowiedniego powiększenia i pola obrazowania wymaganego w zależności o przypadku klinicznego. Współczynnik 1.5 zapewnia bowiem mniejsze powiększenie przy większym polu obrazowania, współczynnik 1.8 – większe powiększenie przy mniejszym polu obrazowania – co wynika z geometrii wiązki promieniowania.

Proponujemy wprowadzenie punktacji dla tego wymagania:

	Zestaw do zdjęć powiększonych o krotności powiększenia $\geq 1,5$	TAK		NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
--	---	-----	--	-----------------------------

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał zestawu do powiększeń o współczynniku 1,5 lub większym. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Parametry rastra(ów) ≥ 30 l/cm, 5:1**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie mammografu, w którym wymagany parametr rastra jest równy 3.5:1?

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Matryca detektora dla maksymalnego aktywnego pola detektora cyfrowego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym matryca detektora wynosi 2394 x 2850 pikseli? Oferowany parametr odbiega nieznacznie od parametru wymaganego i nie będzie miał wpływu na jakość obrazu podczas pracy klinicznej.

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Stacja akwizycyjna – konsola technika wyposażona w monitory, komputer, klawiaturę**

Ze względu na nieczytelność wymogu prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści do postępowania aparat wyposażony w konsolę technika wyposażoną w monitory, komputer, klawiaturę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Pamięć operacyjna RAM**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego w konsolę technika z 4 GB pamięci RAM? Ilość pamięci dobrana jest optymalnie do wymaganych przez zasobów - aparat umożliwi wykonanie nawet do 18 badań na godzinę co świadczy o jego szybkości działania.

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Matryca monitora medycznego obsługowego (\geq**

1280 x 1024 pikseli)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego w monitor o lepszych parametrach matrycy (1920x1080, 23", 2 MP) niebędącym monitorem medycznym? Na podstawie obrazów widocznych na konsoli technika nie są podejmowane decyzje kliniczne.

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Zarządzanie bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów z archiwizacją badań w lokalnym archiwum**

Ze względu na nieczytelność wymogu prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści do postępowania aparat wyposażony w możliwość zarządzania bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów z archiwizacją badań w lokalnym archiwum.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Komunikacja przez DICOM 3.0**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania mammografu, który posiada pełną komunikację DICOM 3.0 z wyjątkiem serwisu Query/Retrieve. Aparat zapewnia pełną współpracę z systemami RIS (Work List) oraz PACS – zapewniając pełną archiwizację danych.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Mammograf zintegrowany**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrównanie punktacji dodatkowej dla tego wymagania w stosunku do części dotyczącej mammografu wyposażonego w przystawkę biopsyjną:

Mammograf zintegrowany: wszystkie elementy (w tym generator) umieszczone w i na statywie – połączone ze sobą wyłącznie kablami wewnętrznymi statywu ze względu na małą ilość miejsca instalacyjnego	NIE/TAK		NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt
---	---------	--	----------------------------

KIEROWNIK PORADN

dr n.med. Jolanta Kleszczewska

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Zakres temperatur pracy systemu**

Zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z tego wymagania w całości. Instalacja mammografu będzie stacjonarna, nie mobilna – w takich warunkach temperatury powyżej 30 stopni nie powinny być osiągane - są wysoce niekomfortowe dla pracy technika oraz odczucia pacjentek. Jest to również zgodne z zaleceniami BHP.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Waga mammografu**

Zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z tego wymagania w całości. Instalacja mammografu będzie stacjonarna, nie mobilna – w takich warunkach tak niska waga aparatu nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu bez UPS? System operacyjny mammografu jest zabezpieczony na okoliczność nagłej utraty zasilania. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt.**

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na omyłkę pisarską, we wszystkich wymaganiach w których aktualnie przed wartością liczbową występuje indeksowana górną cyfrą „3” należy ją zastąpić znakiem „≥”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Techniki ekspozycji**

Ze względu na fakt, że opis wymogu dotyczącego technik ekspozycji jest częściowo nieczytelny prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści do postępowania aparat bez techniki 1 punktowej? Nowoczesne mammografy dobierają parametry ekspozycji za pomocą zaawansowanych systemów AEC. Oferowany przez nas mammograf posiada tryb manualny oraz nowoczesny system AEC, który dobiera parametry ekspozycji na podstawie gęstości radiologicznej piersi, a nie jej grubości. Takie podejście zapewnia personalizację

dawki do pacjentki, jak również pozwala na uniknięcie zależności wielkości dawki od grubości piersi, która zależy od techniki i odporności na ból pacjentki. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Materiał anody: wolfram**

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż konstrukcja i materiał anody lampy RTG ma kluczowy wpływ na jakość obrazu i poziom dawki gruczołowej. Lampy RTG wyposażone w anody dwumateriałowe zapewniają możliwość uzyskania spersonalizowanego dla pacjentki spektrum energetycznego promieniowania. W zależności od budowy anatomicznej piersi pacjentki wybierana jest odpowiednia anoda - molibden wykorzystywany jest do obrazowania piersi o strukturze tłuszczowej, rod natomiast do obrazowania piersi o strukturze gruczołowej. Lampy zbudowane tylko z jednego materiału nie mają takiej możliwości personalizacji dawki w zależności od budowy anatomicznej piersi. Ponadto, wykorzystanie anody dwumateriałowej w konstrukcji lampy, zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu przy niskiej średniej dawce gruczołowej.

W związku z powyższym w celu pozyskania najlepszego rozwiązania technologicznego w mammografii proponujemy zmianę wymogu i wprowadzenie dodatkowej punktacji:

	Anoda minimum jednomateriałowa	TAK	Anoda jednomateriałowa – 0 pkt Anoda dwumateriałowa – 10 pkt
--	--------------------------------	-----	---

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Synchroniczna prędkość wirowania anody lampy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu z nowoczesną lampą RTG, która ze względu na unikalną konstrukcję anody, optymalny dobór spektrum promieniowania oraz utrzymanie temperatury anody na odpowiednio niskim poziomie – posiada zróżnicowane prędkości wirowania anody. Dwie prędkości wirowania o różnych zakresach (5500-6000 obr/min, 8000-9000 obr/min) wynikają z zaawansowanej technologii anody zbudowanej z dwóch materiałów – molibdenu i roku. System dobiera szybkość wirowania anody ze względu na ognisko i temperaturę lampy.

Tak zaawansowany system sterowania zapewni Zamawiającemu długą żywotność lampy i niezawodność podczas pracy klinicznej.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Rozproszenie ciepła anody**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym prędkość chłodzenia anody wynosi 40 kHU/min? Wartość wynika z unikalnej konstrukcji lampy RTG. Wyposażona jest ona bowiem w anodę charakteryzującą się najwyższą pojemnością cieplną na rynku.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Filtr rodowy**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie mammografu, który posiada filtr molibdenowy i srebrowy bez filtru rodowego? Filtr wynika z konstrukcji mammografu i jest dopasowany do toru obrazowego oraz detektora.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Inteligentny system AEC eliminujący pomiar z detektorów pomiarowych jeśli są one naświetlane bezpośrednim promieniowaniem rtg lub nie dociera do nich żadne promieniowanie rtg**

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie tego wymagania w całości ponieważ jest ono charakterystyczne dla starszej generacji aparatów analogowych lub ucyfrowionych – najnowsze rozwiązania bazują na analizie całej powierzchni detektora, nie zaś kilku detektorów pomiarowych.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Wstępny dobór kV ekspozycji rtg na podstawie siły i grubości uciśniętej piersi**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu wykonującego wstępny dobór kV ekspozycji rtg na podstawie grubości uciśniętej piersi. Jednocześnie aparat wymaga minimalnej wartości ucisku 3 daN w celu poprawnego działania systemu AEC.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Zakres elektrycznej regulacji wysokości detektora od podłogi**

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż odległość powierzchni stolika od podłogi dla najniższej pozycji głowicy ma kluczowe znaczenie przy obrazowaniu pacjentek na wózkach

inwalidzkich. System mammograficzny powinien umożliwiać obrazowanie niezależnie od wzrostu lub stanu zdrowia, dlatego proponujemy wprowadzenie oceny dla tego istotnego parametru:

Zakres regulacji detektora od podłogi	elektrycznej wysokości	$\leq 85 - \geq 135$ cm	Największy zakres elektrycznej regulacji wysokości detektora od podłogi -10 pkt., pozostałe - 0 pkt.
---------------------------------------	------------------------	-------------------------	---

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Parametry rastra(ów) ≥ 30 l/cm, 5:1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie mammografu, w którym wymagany parametr rastra jest równy R11, częstotliwość 67 cm^{-1} ?

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Matryca detektora dla maksymalnego aktywnego pola detektora cyfrowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym matryca detektora wynosi 2394×2850 pikseli? Oferowany parametr odbiega nieznacznie od parametru wymaganego i nie będzie miał wpływu na jakość obrazu podczas pracy klinicznej.

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Zarządzanie bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów z archiwizacją badań w lokalnym archiwum

Ze względu na nieczytelność wymogu prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści do postępowania aparat wyposażony w możliwość zarządzania bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów z archiwizacją badań w lokalnym archiwum.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Możliwość rozbudowy mammografu o funkcję

Ze względu na nieczytelność wymagania prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie wymagał możliwości rozbudowy aparatu o funkcję biopsji stereotaktycznej, biopsji pod

kontrolą tomosyntezy oraz biopsji pod kontrolą mammografii spektralnej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy aparatu o funkcję biopsji stereotaktycznej oraz możliwości rozbudowy aparatu o funkcję tomosyntezy.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Zakres temperatur pracy systemu, Zakres temperatur transportu systemu**

Zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z tego wymagania w całości. Instalacja mammografu będzie stacjonarna, nie mobilna – w takich warunkach temperatury powyżej 30 stopni nie powinny być osiągnane - są wysoce niekomfortowe dla pracy technika oraz odczucia pacjentek. Jest to również zgodne z zaleceniami BHP.

Również temperatura transportu mammografu powyżej 50 stopni jest parametrem trudnym do osiągnięcia w realnych warunkach i promującym jednego producenta aparatów mammograficznych.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, II MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., Waga mammografu**

Zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z tego wymagania w całości. Instalacja mammografu będzie stacjonarna, nie mobilna – w takich warunkach tak niska waga aparatu nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Dotyczy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH, I MAMMOGRAF CYFROWY- 1 szt., System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego w UPS umożliwiającą podtrzymanie konsoli aparatu na czas jej bezpiecznego wyłączenia?

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Prosimy o podanie nazwy dostawcy systemów RIS/HIS/PACS oraz informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje.

Odpowiedź: Zamawiający posiada system digiPAX oraz 2 wolne licencje.

Dotyczy Załącznika nr 4 – Warunki gwarancji i serwisu

- **Pkt 4 oraz Załącznik nr 3, Część II: „Dostawa, instalacja...”**

- Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec.

- W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział twierdząco na poprzednie pytanie

- Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział twierdząco na podpunkt a)

- **Pkt 5 oraz Załącznik nr 3, Część II: „Dostawa, instalacja...”**

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku awarii niewymagającej użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Dotyczy wzoru umowy:

- **Dot. §1 ust. 4 wzoru umowy:**

Prosimy o wykreślenie z treści postanowienia słowa „*bezusterkowego*” w odniesieniu do podpisywanego protokołu odbioru. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych i SN - podstawą odmowy odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy (wady istotne). Pozostałe usterki powinny być usuwane przez wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi ustawowej (por. wyroki SN II CKN 28/97, II CSK 476/12).

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

- **Dot. §4 ust. 2 zd. 2 wzoru umowy:**

Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja. Prosimy o wykreślenie zd. 2, wskazując, że odbiór powinien nastąpić w terminie ustalonym przez strony – nie zaś w przeciągu kolejnych 3 dni. Nie widzimy podstaw, aby przeciągać w czasie przyjęcia dostawy, zwłaszcza, jeśli Zamawiający warunkuje przeniesienie własności dokonaniem odbioru urządzeń (zob. §1 ust. 4 zd. 2).

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

- **Dot. §4 ust. 6 wzoru umowy:**

Jak zostało wyżej wyjaśnione (uwagi dot. §1 ust. 4) Zamawiający nie może odmówić odbioru przedmiotu umowy z powodu nieistotnych wad – wówczas następuje bowiem realizacja uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Ponadto, Wykonawca odpowiada za zawinione nienależyte wykonanie Umowy (art. 471 k.c.) W związku z powyższym, prosimy o modyfikację postanowienia:

„W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego lub niezgodnego z umową sprzętu medycznego lub stwierdzeniu naruszenia innych postanowień umowy - Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dni roboczych na prawidłowe wykonanie umowy, wpisując stwierdzone uchybienia lub wady istotne do protokołu odbioru. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych, jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy”.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

- **Dot. §4 ust. 8 zd. 1 wzoru umowy:**

Prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, że próby i pomiary lub inne czynności, o których mowa w tym postanowieniu będą wykonywane w obecności Wykonawcy, przez podmiot uprawniony przez producenta urządzenia do realizacji tego rodzaju działań.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

- **Dot. §4 ust. 10 wzoru umowy:**

Odstąpienie od umowy jest najdalej idącym w skutkach uprawnieniem Zamawiającego i powinno być stosowane w ostateczności. Zanim Zamawiający zdecyduje się na odstąpienie od umowy, powinien wezwać wykonawcę do ponownego wykonania w ramach tej samej umowy. Ponadto, odstąpienia od umowy nie powinno uzależniać się od wystąpienia jakichkolwiek wad, a wyłącznie od wad istotnych uniemożliwiających korzystanie z urządzenia zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Czy Zamawiający potwierdza, że zapis dot. „wadliwego lub niezgodnego z umową sprzętu medycznego” odnosi się wyłącznie do wad istotnych?

Z uwagi na powyższe prosimy o stosowną modyfikację postanowienia:

„W przypadku ponownego dostarczenia sprzętu medycznego posiadającego wady istotne, uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem lub dostarczenia sprzętu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający może, bez dodatkowego wezwania, odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie takie będzie traktowane jako odstąpienie z winy Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

• **Dot. §6 ust. 1 oraz ust. 5 wzoru umowy:**

Stosownie do uwag dot. §1 ust. 4 wzoru umowy prosimy o wykreślenie z treści ww. postanowień słowa „bezusterkowego”.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

• **Dot. §7 ust. 6 wzoru umowy:**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmiami w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje zmianę § 7 ust. 10 i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmiami zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmiami powinno więc odpowiadać okresowi udzielanej rękojmiami.

Dodatkowo wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmiami wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest niekorzystne i niecelowe również dla Zamawiającego. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmiami, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy wobec tego dodanie następującego postanowienia do § 7 ust. 6:

„Strony wyłączają prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmiami.”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

• **Dot. §8 ust. 4 wzoru umowy:**

KIEROWNIK PORADN

Prosimy o usunięcie postanowienia § 8 ust. 4 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

- **Dot. §9 ust. 1 wzoru umowy:**

Przed dokonaniem odstąpienia Zamawiający przewidział procedurę naprawczą, mająca na celu umożliwienie prawidłowej realizacji umowy, a tym samym przeciwdziałanie potrzebie zrywania kontraktu. Wykonawca wskazuje, iż przewidziany termin dodatkowy powinien być uwarunkowany okolicznościami danego przypadku, a jednocześnie realnie umożliwiać wykonanie zobowiązania Wykonawcy, nie zaś stanowić wyłącznie warunek formalny odstąpienia.

W związku z powyższym, prosimy o doprecyzowanie zapisu z ust. 1 zgodnie z propozycją: „ (...) wyznaczeniu dodatkowego, nie krótszego niż 5 dni roboczych, terminu do wykonania umowy.(...)”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

- **Dot. §9 ust. 2 oraz ust. 4 wzoru umowy:**

Wnosimy o wykreślenie postanowienia ust. 2, jako nie mającego zastosowania w tym przypadku (analogicznie prosimy o usunięcie ust. 4 z §9).

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

- **Dot. §9 ust. 3 wzoru umowy:**

W związku z prośbą o wykreślenie ust. 2 z §9 - prosimy o zmianę postanowienia ust. 3: „Skorzystanie z prawa odstąpienia skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z decyzją strony odstępującej ze skutkiem *ex nunc* lub *ex tunc*.”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

- **Dot. §11 ust. 19**

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie ust. 19:

“... nie później niż w ciągu 48 godzin ...”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

• **Umowa powierzenia**

Czy niezależnie od zapisów w §11 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ), Zamawiający przewiduje zawarcie oddzielnej umowy powierzenia lub czy wyraża zgodę na wyeksportowanie §11 do załącznika stanowiącego umowę powierzenia przetwarzania danych?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

Dotyczy prac adaptacyjnych:

- Czy Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach mammografu istnieje sprawna wentylacja, która spełnia wymogi polskich przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

- Prosimy o udostępnienie wyników pomiarów wentylacji nie starszych niż 1 rok.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni wyniki pomiarów wentylacji Wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania.

- Prosimy o wskazanie drogi transportowej urządzenia z parkingu do pomieszczeń w których ma nastąpić instalacja. Czy na drodze występują schody, windy? Jeśli transport urządzenia ma się odbywać przy pomocy windy to prosimy o zapewnienie obecności serwisu windy podczas dostawy urządzenia.

Odpowiedź: Na drodze nie występują schody ani windy.

- Jeśli urządzenie ma być instalowane na wyższych kondygnacjach budynku, w którym nie ma wind czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport urządzenia za pomocą dźwigu przez wykonany w tym celu otwór w ścianie zewnętrznej budynku.

Odpowiedź: Urządzenie ma być instalowane na parterze.

- Czy budynek, w którym ma zostać zainstalowany mammograf jest pod opieką konserwatora zabytków?

Odpowiedź: Nie jest

- Jeśli pomieszczenie przeznaczone do instalacji urządzenia wymaga adaptacji lub dostosowania do wytycznych instalacyjnych urządzenia podawanych przez producenta to kto będzie odpowiedzialny za wykonanie prac dostosowawczych? Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający wykona je we własnym zakresie

- Czy Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o odpowiednich parametrach? Wymagana dostępna moc pobierana przez urządzenie, które chcemy zaoferować to ok 5kVA (maksymalny chwilowy pobór mocy)

Odpowiedź: Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o odpowiednich parametrach

- Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec.

- Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział twierdząco na pytanie nr 65

- Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego z modułem 3G

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział twierdząco na pytanie nr 65

- Prosimy o udostępnienie istniejącego projektu osłon stałych w celu weryfikacji konieczności montażu dodatkowych osłon w pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni istniejący projekt osłon stałych wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania.

- Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunku pomieszczenia przeznaczonego do instalacji urządzenia – najlepiej w formie DWG lub innej zawierającej wymiary pomieszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni rysunek pomieszczenia wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania.

- Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę wykładziny podłogowej. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jaki obszar (ilość m2) podlega wymianie.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany wykładziny.

- Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę drzwi do pracowni. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz rodzaj (ochronne rtg czy zwykłe).

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany drzwi.

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje jakieś prace remontowe np. szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, montaż sufitów podwieszanych, wymiany oświetlenia itp. za wykonanie, których odpowiedzialny będzie wykonawca? Prosimy o ich wyszczególnienie.

• **Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje prac remontowych.**

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi ochronnych RTG jeśli istniejąca stolarka będzie spełniała wymogi ochrony radiologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany drzwi.

- Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu.

Odpowiedź: Zamawiający planuje ok. 600 akwizycji w tygodniu.

- Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami pracowni mammografii.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni te informacje wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania.

- Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni mammografii.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni te informacje wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania.

- Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniem pracowni mammografii (pomieszczeniem badań) oraz je otaczające. Jak długo w tych pomieszczeniach przebywają ludzie.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni te informacje wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zatwierdzenie projektu osłon stałych RTG w WSSE będzie w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał zatwierdzenia projektu osłon stałych przez Wykonawcę.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji projektowej,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, próby instalacji, atesty certyfikaty) jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakiej?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności sprzętu.

- Prosimy Zamawiającego o informację dot. typu, przekroju istniejącego kabla zasilającego mammograf.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni te informacje wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania.

- Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni mammografii zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni te informacje wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pracowni mammografu znajduje się działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy mammograf.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie odpowiedniej sieci komputerowej do miejsca montażu mammografu będzie leżało po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna. W innym przypadku prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie?

Odpowiedź: Wentylacja jest sprawna.

- Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację wentylacji we własnym zakresie prosimy o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie centrali wentylacyjnej dla pracowni? Prosimy o wskazanie miejsca jej montażu.

Odpowiedź: Wykonawca nie będzie miał takiego obowiązku.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii, spełniające wytyczne producenta aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Jeśli Zamawiający nie potwierdzi zapewnienia odpowiedniego chłodzenia pomieszczeń prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć montaż dodatkowych klimatyzatorów typu split w celu zapewnienia prawidłowej pracy mammografu?

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział twierdząco na poprzednie pytanie.

- W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku.

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział twierdząco na pytanie nr 92

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego mammografu nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji w korytach ściennych bądź napodłogowych w formie systemowych rozwiązań plastikowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o wskazanie jak mają być prowadzone kable łączące elementy urządzenia i kto będzie odpowiedzialny za wykonanie odpowiednich dróg kablowych?

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział twierdząco na poprzednie pytanie.

KIEROWNIK PORADN

dr n.med. Jolanta Kleszczewska